

# 寄せられたご意見

## 患者さん・ご家族からのご意見

ホルター心電図についてですが、以前の病院では子ども用のものを使用していました。こちらでは大人用しかないとそちらをつけて頂きました。子どもは大人のように気を付けることが難しいこともあると思います。親の私達が気を付けていてもケーブル部分を引っ張ってしまうこともあるでしょうし、運動することが好きな子どもにはどうしても難しい場合もあります。ホルター心電図で24時間過ごさせる大変さをご理解頂けると嬉しいです。できれば子ども用の（体に貼り付けるパットとケーブルが一体になっている）ものを使用できるように病院側でご検討いただきたいです。

## 本院からの回答

このたびは、貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。ご意見を受けまして、機器メーカーに確認を行いましたところ、現時点で小児用の電極は市場に流通しておらず、電極とケーブルの一体型の製品についても、専用のアダプターが必要であり、現行の電極と比較して価格が2倍程度になることが判明いたしました。

現在、デモ機を用いた検証を進め、一体型電極と専用アダプターの導入について検討を進めております。導入に際しては、費用対効果や運用上の課題を慎重に検討し、可能な限り患者さんのご負担が軽減されるよう努力してまいります。

現時点では、現行の機器での対応となりますが、お子さんの状態やご家族のご事情に応じて、できる限りの配慮をさせていただきますので、何かお困りのことがございましたら、どうぞご遠慮なくご相談ください。

臨床検査室